

Keuzeboom WZD

Deze keuzeboom helpt om te bepalen of de inzet van de BedSense onder vrijwillige zorg (wel toestemming) of onvrijwillige zorg (geen toestemming) valt.

Stap 1: Noodzaak van BedSense-seintjes

Is er een noodzaak om de seintjes van de BedSense toe te passen?

- JA (Ga naar stap 2)
- NEE (Geen verdere stap nodig)

Stap 2: Noodzaak

Is direct handelen noodzakelijk?

- JA (Toepassen onvrijwillige zorg in noodsituatie)
 - o Noodmaatregel registreren in ECD onder onvrijwillige zorg
 - o Ga naar stap 3
- NEE (Ga naar stap 3)

Stap 3: Vrijwillige zorg

Kan de BedSense op vrijwillige basis worden toegepast en is er toestemming van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger?

- JA (Ga naar stap 4)
- NEE (Ga naar stap 5)

Stap 4: Toepassing van vrijwillige zorg (GEEN WZD)

- 4.1 Pas de BedSense toe in overeenstemming met de wensen en toestemming van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger.
- 4.2 Bepaal of de BedSense op privacymodus of reguliere modus aangezet wordt (houd daarin rekening met de minst invasieve optie voor de cliënt).
- 4.3 Registreer de toestemming van modus/seinen in het ECD van cliënt.
- 4.4 Voer regelmatig (elke 3 maanden) evaluaties uit om de effectiviteit of problemen van de BedSense te beoordelen.

Stap 5: Onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Is er sprake van een situatie waarin onvrijwillige zorg noodzakelijk kan zijn, zoals beschreven in de Wet zorg en dwang?

- JA (Ga naar stap 6)
- Nee (Je kan de BedSense niet inzetten)

Stap 6: Inzet van onvrijwillige zorg

Raadpleeg een onafhankelijke deskundige, zoals een specialist ouderengeneeskunde of een gedragsdeskundige, om de proportionaliteit van de onvrijwillige zorg te beoordelen.

- JA (Onvrijwillige zorg is noodzakelijk en proportioneel. Ga naar stap 7)
- NEE (Het is niet proportioneel, je kan de BedSense niet inzetten)

Stap 7: Toestemming en overleg

- 7.1 Overleg met het zorgteam en de arts om het zorgplan met onvrijwillige zorg af te stemmen en eventuele alternatieven te bespreken.
- 7.2 Registreer de toestemming van modus/seinen in het ECD van cliënt.
- 7.3 Voer regelmatig (elke 3 maanden) evaluaties uit om de effectiviteit of problemen van de BedSense te beoordelen.